



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกาศราคาซื้อขายบาท (รถตู้) ปริมาตรระบบอกรูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาภักดิจิทัลของงานซื้อในการประมวลราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประมวลราคาซื้อขายบาท (รถตู้) ปริมาตรระบบอกรูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาภักดิจิทัลของงานซื้อในการประมวลราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบาท (รถตู้) ปริมาตรระบบอกรูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	จำนวน	๑	คัน
สูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน			
ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			
จำนวน ๑ คัน			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อุปราชหัวงานเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาภัยหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อให้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนซึ่งให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ การรวมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังที่ห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พลศุภภารกิจกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประมวลราคาซื้อขายราคาร่วมด้วยวิธีประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ชัดเจนกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัน ประมวลราคาซื้อขายราคาร่วมด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประมวลราคาซื้อขายราคาร่วมด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนขันศาลไทย เว้นแต่ว่าบุคลของผู้อื่น
ซื้อเสนอโดยมีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเข่นไว้แล้ว

๑๐. ผู้อื่นซื้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้อื่นซื้อเสนอต้องเป็นซื้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๗๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.selaphumhospital.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๕๕-๑๓๒๒-๓ ต่อ ๕๐๕ ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปิติ ทั้งไพศาล)

นายแพทย์สุชาติ ณ สุข จังหวัดร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดซื้อเครื่องเอกสารประมวลราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ของวันเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยังวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔

การซื้อรถพยาบาล (รถศู๊ฟ) ปริมาณครัวเรือนอยู่บ้านไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องชนิดสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
ตามประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัวยังวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาล (รถศู๊ฟ) ปริมาณครัวเรือนอยู่บ้าน ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลัง เครื่องชนิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์	จำนวน	๑	คัน
จำนวน ๑ คัน (๒๕.๑๐.๑๗.๐๑)			

ผู้ซื้อห้ามซื้อหนี้ซึ่งต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยังวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

a. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท้ายอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือถ้าประภัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บันทึก
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท้ายอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

b. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ดำเนินกิจกรรมการประมูลผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงบประมาณไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเจียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชญาภาพดูที่ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ล่า

๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นซึ่งเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้นนี้

๒.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารใดหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ว่าศาลของผู้อื่นซึ่งเสนอให้มีคำสั่งให้ถอดเอกสารใดและความคุ้มกันเข้าไว้แล้ว

๒.๖ ผู้อื่นซึ่งเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกรรมร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

กรณีที่ซื้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ซื้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดศักดิ์ส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ซื้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับซื้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๗ ผู้อื่นซึ่งเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

a. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้อื่นซึ่งเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดัง

๑.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้อื่นซึ่งเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรื่องหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบวิศว์ที่สนธิ บัญชีรายรื่องการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้อื่นซึ่งเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ออกโดยชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้อื่นซึ่งเสนอเป็นผู้อื่นซึ่งเสนออ่อนน้อมถ่อมตนในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๔.๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรื่องหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้อื่นซึ่งเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้อื่นซึ่งเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อปยังน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออบอ้านาจให้บุคคลอื่นทราบที่ทำการแทนให้แนบท้ายสื่อของอ่านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ่านาจและผู้รับมอบอ่านาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ่านาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดเดติอกแซฟ/หรือแบบรูปรายการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ โรงพยาบาล (รถตู้) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตรหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (๒๕.๓๐.๗๗.๐๓)

(๓.๑) สำเนาใบชื่อทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสถาบันอาหารแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุมถ้ามีพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖

(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตั้งแต่วันในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำลายยินยอมตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบในเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมดในเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ รายการที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งด้วนเลขและตัวหนังสือ ถ้าด้วนเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ งานยานพาหนะ โรงพยาบาลสละภูมิ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอภาระไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาเมื่อได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอภาระไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดเดติอก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ โรงพยาบาล (รถตู้) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดให้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ดีก่อนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ **๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕** ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ สืบตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคามาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ เสนอราคาก่อไป โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ เสนอราคาก่อไป จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๑) และคณะกรรมการ เห็นว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ จะตัด รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่ถาวรเป็นผู้ พั้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่ใช่ผู้เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความ ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตาม

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาก่อให้เกิดภาระที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องคงเหลือเงินเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ใน การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณา จาก ราคาร่วม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ อเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป

จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกาศราคาก่อทรัพย์นิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบท่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย กมธ.กรรมการฯ อาจพิจารณาเพื่อป้องกันการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการฝ่ายเดียว ในการนี้ ต้องดื่มไปบ่

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกาศราคาก่อทรัพย์นิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกาศราคาก่อทรัพย์นิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกาศราคาก่อทรัพย์นิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกาศราคาก่อทรัพย์นิกส์หรือใน การทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกาศราคาก่อทรัพย์นิกส์หรือจังหวัดมิลิหรือผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้วางใจสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอห้ามทูกไก่ และอาจพิจารณาเดิมที่ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกาศราคาก่อทรัพย์นิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อขายใด สุดแต่จะพิจารณา ห้ามนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัด เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณาอย่างถูกต้องโดยประกาศราคาก่อทรัพย์นิกส์และคงให้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่จัดงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการตัดสิทธิ์ไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เข้าถือได้ว่าการขึ้นข้อเสนอกระทำการโดยไม่ถูกต้อง เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคานา เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาน้ำหนักหมายได้ว่าไม่อ้างคำนิยามตามกฎหมาย ตามที่จังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้ซึ่งจะแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกาศราคาก่อทรัพย์นิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำนี้จะไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคายังผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ห้ามนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องถูกต้องไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกาศราคาก่อทรัพย์นิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขึ้นการประกาศราคาก่อทรัพย์นิกส์ที่ได้รับการตัดสิทธิ์ไม่ถูกประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือข้อความการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคากลางกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หันนำ้งงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่ ๑๐ โดยจัดซื้อจัดจ้างตัวผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคากลางกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิ่งเกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากศักดิ์สิทธิ์ทางกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคากลางกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็น

พัสดุที่มีลักษณะภายในประเทศที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพในประเทศไทยฯ

สำหรับการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการเสนอราคาขายรายการและกำหนดเงื่อนไข เป็นกรณีการพิจารณาความ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอหัวสกุลที่เป็นหัวสกุลที่มีลักษณะภายในประเทศที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพในประเทศไทยฯ มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใหม่คุณสมบัติทั้ง (๑) และ (๒) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๔.๓๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีใช้ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมชาติที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาด้านล่างของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมชาติที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หันนำเจ้าของรัฐจัดตั้งหัวสกุลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมร่วมค้าที่จะได้สิทธิความมั่นคงนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา ค่าสิ่งของที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เศียรหรือตราฟ้าที่ธนาคารเชื่อมสัมภาระ ซึ่งเป็นเศียรหรือตราฟ้าลงวันที่ที่ใช้เศียรหรือตราฟ้าที่นับชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเดินให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีตอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้ชนะการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีตอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไปแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดอัตราภาษีอากรอีก ๑๘% และค่าใช้จ่ายทั่วไป แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจสอบมอบสิ่งของให้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกันภาระอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสัมภาระที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซื้นจะการประกันภาระอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณค่าเสื่อมระดับเขต ร้อยละ ๑๐

การลงนามในสัญญาจะกระทำให้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบค่าเสื่อมระดับเขต ร้อยละ ๑๐ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกันภาระอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามานาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดกำหนดกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามานาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือขอของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข้าเมืองกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญารือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้หักงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญารือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแบบท้ายเอกสารประกันภาระอิเล็กทรอนิกส์นี้ความขัดแย้งกับผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีที่ไม่ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับจังหวัด ให้ชั่วคราว

จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินคุณภาพเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ของหน่วยงานที่ได้รับการประเมินคุณภาพเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

กิจกรรมที่ดำเนินการ ๑๙๘ โครงการตามสัญญา จำนวน ๑๗๔ รายการ

๑. ความต้องการ

โรงพยาบาล (รถดู) ปริมาณครั้งรอบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ชีวิตรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๕๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๒. วัสดุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ในการออกแบบปฏิบัติการซ่อมบำรุงโรงพยาบาลในสู่ป่าอยุธยาและอุบลราชธานี โดยบุคลากรที่เหมาะสม และใช้ชนิดผู้ป่วย ภาวะวิกฤติและดูดเส้น

๑. สามารถดูแลผู้ป่วยในระหว่างส่งฟื้นฟูเป็นต่อไปได้เรื่องซ่อมบำรุงได้

๒. อุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญสามารถนำออกไปสู่แวดวงชุมชนอุบลราชธานีได้อย่างสะดวก

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถด้านกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลสามัญและสาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเด็กกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญาต่อบนเว็บไซต์ให้บริการ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบพัรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกเรียกเข้าไว้ในบัญชีรายรับผู้ที่งานและได้แจ้งเรียนเชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้ซักการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีกิจกรรมที่ห้ามหมายเหตุคณะกรรมการโดยทางการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐดำเนินการในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นขอเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมขอเสนอให้แก่ จังหวัด ๑ วัน ประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการซักข่าวจากการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้นนี้


๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องแต่รัฐบาลของผู้อื่น ข้อเสนอให้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเข่น

๓.๑๐ ผู้ยื่นขอเสนอต้องลงนามเป็น인พยานในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ..... ประชานการรวมการ

(นางสาวปราณี พรมศรี)

นายแพทย์ชนาภูญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวรุจิรดา อรุณ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสนอง ทองธีรา)

พนักงานข้าราชการ

/๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอ...

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล
ภาคใต้ (ภาคอีสาน) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑๘๗ ล้านบาท เนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๓.๓๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด

๓.๓๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไม่มีอยู่ในฐานะเป็นผู้ไปแสดงตนบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสารที่สำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๓๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
ชำระเงินแต่ละครั้งซึ่งมีบุตรก้าวเดินสามหมื่นบาทถ้วนขึ้นอย่างจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด

๔. คุณลักษณะของพนักงาน แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้ดิ

หมวด (ก) คุณลักษณะของรองนายท.

หมวด (ข) คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์

หมวด (ก) คุณลักษณะของรองนายท. มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถที่ออกแบบมาตรฐานเพื่อใช้เป็นรถพยาบาลหรือรถดับเพลิงที่มีลักษณะคล้ายกึ่งกัน ลีขาว สองห้อง
ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ความสูงจากพื้นถึงหลังคาไม่บอยกว่า ๒,๒๘๐ มิลลิเมตร มีเครื่องหมายรถพยาบาล
ตามตัวอักษรของทางราชการทั้งข้าม-ขวาง พร้อมทั้งหันขวาหรือเครื่องหมายของหน่วยงานตามที่กำหนด


๔.๑.๒ ห้องพยาบาลสามารถบรรทุกผู้ป่วยและผู้โดยสารอื่นได้ไม่น้อยกว่า ๕ ที่ หากมีเตียงติดบาร์กั้นห้องน้ำ
สามารถฐานกรอบห้องลักษณะดังนี้

๔.๑.๓ กระจกบังลมหน้า และกระจกบังลมประทุเป็นแบบปีรัส ติดฟิล์มกรองแสงบานห้อง แบบ
สามารถป้องกันรังสี UV ๖๐ % ข้างหน้า ๒ ชั้น ด้านคนขับความทึบแสง ๖๐ % ยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้า
ติดแบบปีรัสแบบบานและติดแบบทึบเฉพาะส่วนบน มีขนาด ๑๕ ซม. ด้านห้องพยาบาลมีความทึบแสง ๘๐ %

๔.๑.๔ ในห้องคนขับและห้องทำงานพยาบาล ติดตั้ง กล้องบันทึกภาพ ทั้ง ๒ จุด และระบบปรับอากาศ
แยกกับห้องคนขับเพื่อป้องกันความเย็นทั้งสองห้องให้ สารทำความเย็นชนิด เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิตค้าร้อนที่ต้องไม่ตัดแปลง
แก้ไขจน เป็นเหตุทำให้ผู้ผลิตตัวร้อนไม่รับประทานกุญแจ


๔.๑.๕ ในห้องคนขับ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM/CD พร้อมสายไฟ

๔.๑.๖ มีประตูสูปิด - เปิดทั้งด้านข้างและขวาง มีกุญแจล็อก และมีผังกั้นแยกช่วงหน้าคนขับรถออก จากช่วง
หลัง ซึ่งจะเป็นห้องพยาบาล ตรงกลางผังกั้นมีช่องกระชากบานใส่ ขนาดใหญ่ ๑ บาน เป็นกระชากบานร้อน จะต้อง
อุตสาหะรอบผังกั้นด้วยเชือกไวนิลเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปจากช่อง ห้องพยาบาลไปสู่ห้องคนขับได้ติดตั้งชุดสื่อสาร
ภายใน (INTERCOM) สำหรับให้พยาบาล สนทนากับเจ้าหน้าที่ในห้องคนขับได้

ลงชื่อ.....
.....ประธานกรรมการ


(นางสาวปารวันี พรมศรี)

นายแพทย์ชนาภูมิการ

ลงชื่อ.....
.....กรรมการ

(นางสาวรุจิรัตน์ อรุณ)

พยาบาลสิริษาสุภาพปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
.....กรรมการ

(นายสมชาย ทองเชิงสาร)

พนักงานด้านภาระ

๔.๑.๙ มีชุด...

รายงานผลการติดตั้งและทดสอบเครื่องสูดซึ่งสูญเสียในท่อระบายน้ำ

รายการงาน (รายวัน) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑๙ วัน จำนวน ๑๙ วัน จำนวน ๑๙ วัน

๔.๓.๗ มีชุดสัญญาณไฟอุกเดินสีแดงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแบบ LED ติดตั้งบนหลังคาด้านหน้าห้องน้ำชั้น สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ฝาครอบความไฟทำด้วยวัสดุ Polycarbonate ชนิดใส ด้านขวาให้แสงสีแดง ด้านซ้ายให้แสงสีเขียว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ของมาตรฐาน มอก.

๔.๓.๘ บานหลังคาด้านห้องน้ำมีคุณภาพดีมาก แบบ LED ฝาครอบสีใส จำนวน ๑ โถม ติดตั้งด้านหลังสุด กึ่งกลางหลังคาห้องน้ำชั้น ไม่เกินห้องน้ำชั้น ๑๐๐ วัตต์ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๒ โวลต์จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งอยู่ในห้องน้ำชั้น ประกอบไปด้วย

๑. มีปุ่มเปิด - ปิดและปุ่มเพิ่ม - ลดเสียง

๒. มีไมโครโฟน มีสวิทช์สำหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing เมื่อหูฟังจะตักเสียงไว้เร็วอัตโนมัติพร้อมที่ยืดไมโครโฟน

๓. เลือกปรับเสียงได้เร็น ให้ความแคลดต่างของเสียงได้มีน้อยกว่า ๕ เสียง ตามที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงานค่าธรรมเนียมชาติ

๔. มีปุ่มปรับเสียงอุกเดินแบบข้อควรทราบรถเลือกเสียงไว้เร็น และเสียงประกายไฟหันที่ที่ต้องการและเสียงดังกล่าวสามารถปรับแยกเข้าไปในข้อ (๑.๓.๓) ได้

๕. ถ้าห้องน้ำชั้นนำ ๑๐๐ วัตต์โดยติดตั้งไว้บนหลังคาห้องน้ำชั้นทุกสัญญาณไฟอุกเดินหรือ รวมอยู่ในไฟสัญญาณอุกเดิน จำนวน ๑ ตัว

๖. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอทั้งเครื่องขยายเสียงและลำโพง ต้องเป็นยึดห้องน้ำกัน

๗. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตฐาน

๔.๓.๙ มีเครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ในมือ (Battery Charger) ติดตั้งในห้องน้ำชั้น ๑ เครื่อง

๑. เป็นเครื่องประจุไฟที่สามารถต่อภัยไฟก็เสียบประแจร้อนที่วางไว้ได้ตลอดเวลา เพื่อความ สะดวก ช่วยรักษาดับไฟในแบบเดียวโดยการดับปริมาณไฟในแบบเดียวแล้วจ่ายประจุให้เหมาะสม ได้โดยอัตโนมัติ

๒. สามารถประจุแบตเตอรี่ทุกแบบ ขนาดตั้งแต่ ๑.๕-๑๒๐ Ah.

๓. รับแรงดันไฟฟ้าได้ระหว่าง ๒๒๐-๒๔๐ VAC

๔. มีปุ่มกดเลือกจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้เท่ากับที่ต้องการ รวมทั้งขนาดและสภาพวัสดุที่ต้องการ ให้โดยอัตโนมัติ

๕. มีระบบตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อถูกจับ ต่อสายผิดกันและเมื่ออุณหภูมิเครื่องประจุ ร้อนจัด พร้อมทั้งตัดอุปกรณ์ประจุอัตโนมัติเมื่อประจุในสภาวะอากาศครึ่ง

๖. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตฐาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวปาราณี พรมศรี)

นายแพทย์ช้านาอยุกการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวรุจิรา อรุณ)

พยาบาลศิริราชพยาบาลติดต่อ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสมชาย ทองธีรา)

พนักงานบารอกบันด์ ๔.๓.๙๑๑๙...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถพยาบาล (รถถัง) ปริมาตรบรรทุกสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๖๐๐ ลิตรหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๔ คัน โรงพยาบาลเคลื่อนย้าย สำนักงานเขตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด

๔.๑.๑๑ ห้องพยาบาลด้านซ้ายมีประตูบิด-เปิดเป็นชิดบนเสื่อมและด้านหลังมีประตูบิด-เปิดแบบยกขึ้น-ลง สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก จากรถพยาบาลได้และประตูห้องสองบานมีกุญแจ สล็อต

๔.๑.๑๒ ติดตั้งหัวคอมไฟฟ้าระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง โดยมีสวิทช์ เปิด-ปิดอยู่ในทุกควบคุมเดียวทันทีเมื่อยังคงติดตั้งด้านบนของห้องพยาบาล รายห่อจะต้อง เชื่อมตัวยังสุดภายนอก น้ำยาถ่ายเดียวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.

๔.๑.๑๓ ชุดเก้าอี้เชิงชั้นนิรภัย และอุปกรณ์ยึดตรึงอื่น ๆ ในห้องพยาบาลด้านหลังคนขับ และห้องคนขับ เก้าอี้รวมชุดทุกตัว เชิงชั้นปรับเกียร์รวมชุดทุกตัว เชิงชั้น และกล่องเก็บของจะต้องติดตั้งกับโครงสร้างของรถอย่าง มั่นคงรองรับการกระแทกอย่างน้อยระดับ ๑๐๕ไม่เกิดการเคลื่อนไหวหดตืดให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บต่อ ผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุ จากการกระแทกที่ด้านหน้าและด้านข้างและการพลิกคว่ำในความเร็ว เก้าอี้เชิงชั้น นิรภัยต้องกล่าวและกล่องเก็บของจะมีลักษณะและตำแหน่งติดตั้งต่าง ๆ ดังที่อ้างปี

๔.๑.๑๔ มีเก้าอี้นั่งเที่ยว ๒ ตัวติดตั้งอยู่หลังคนขับ ตามคุณลักษณะดังนี้

๔.๑.๑๕ เก้าอี้ ๑ ตัวติดตั้งที่คำแนะนำใกล้กับประตูด้านซ้ายหันหน้าไปทางด้านท้ายรถ มีเชิงชั้นปรับเกียร์แบบตึงรั้ง ๔ ชุดปลดล็อกเดียว สามารถหันเก็บเกี่ยดและหมุนได้ตลอด ๓๖๐ องศา โดยติดตั้งกับแผ่นกันชนตั้ง ได้เก้าอี้นั่งมี กต่อสูงเก็บของยาวเพิ่มที่นี่ที่ได้รับแต่ละเก้าอี้ที่ผ่านมาตรฐาน EN ๑๔๗๗

๔.๑.๑๖ เก้าอี้ ๑ ตัวที่อยู่ด้านคนขับหันหน้าไปทางด้านท้ายรถ มีเชิงชั้นปรับเกียร์แบบตึงรั้ง ๔ ชุดปลดล็อกเดียว สามารถเดินเข้าออกหน้าหลังได้เพื่อสามารถปรับระยะหดตืดและผู้ป่วยได้

๔.๑.๑๗ ในห้องพยาบาลด้านซ้ายมีชุดเก้าอี้นั่งเที่ยว ๒ ที่นั่ง มีเชิงชั้นปรับเกียร์แบบตึงรั้ง ๔ ชุดปลดล็อกเดียวสามารถหันหน้าได้รอบตัว ปรับเอนนอนได้และหันเก็บเกี่ยดและหมุนได้ติดตั้งบนฐานเก้าอี้ชุดเดียวกันหัวและเชิงชั้นปรับเกียร์ เป็นชุดที่ผลิตและติดตั้งจากผู้ผลิตเดียวที่นิยมติดตั้งมาพร้อมกับความมาตรฐาน UNECE R๑๗๔ UNECE R๑๖ และ UNECE R๑๗ (ห้องพยาบาลหันหน้าหรือการทดสอบอื่น ที่มีความมั่นคงเทียบเท่าหรือดีกว่า) พร้อมเอกสารหรือ หลักฐานรับรอง

๔.๑.๑๘ ในห้องคนขับ ชุดเก้าอี้และเชิงชั้นปรับเกียร์ พร้อมอุปกรณ์ในห้องคนขับและการติดตั้ง ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของกฎหมายอุตสาหกรรมอย่างหนาแน่นที่กำหนดไว้ด้วยการขนส่งทางบก และข้อกำหนดมาตรฐานของ รถพยาบาลกระดับสูงได้ให้ในหนังสือและจะต้องติดตั้งกับโครงสร้างของรถอย่างมั่นคงรองรับการกระแทกอย่างน้อย ระดับ ๑๐๕ ไม่เกิดการเคลื่อนไหวหดตืดให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บต่อผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ชุดเก้าอี้ทุก ตัวและเชิงชั้นปรับเกียร์ เป็นชุดที่ผลิตและติดตั้งจากผู้ผลิตเดียวที่นิยมติดตั้งมาพร้อมกับ ความมาตรฐาน UNECE R๑๗๔ UNECE R๑๖ และ UNECE R๑๗ (ห้องพยาบาลหันหน้าหรือหลักฐานรับรอง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวปราดพัท พรมศิริ)

นายแพทย์ช้านาคุณการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวรุจิรัตน์ อรุโน)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสนอง ทองธีรา)

พนักงานขับรถขนส่ง

/๔.๑.๑๘ ชุดดัง上...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 Rathayabat (ราษฎร) บริษัทกรอบอกอุปกรณ์ไม้สำหรับ ๒,๕๐๐ ลิตรหรือกำลังสูบสูดไม้สำหรับ ๙๐
 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ห้อง โรงพยาบาลเมืองภูมิ อำเภอเมืองภูมิ จังหวัดเชียงใหม่

๔.๑.๑๔ ข้อต้องการซึ่งเจน การต่อระบบ และการยึดคง

๑. ด้านในห้องของห้องพยาบาลถัดจากเก้าอี้ห้องนอนขับ มีห้องออกซิเจนที่ตัวอยู่ดูมีเนียมหรือวัสดุอื่นที่ติดกาว (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตร/นาที) จำนวน ๖ ห้องทั้งหมดที่ต้องรับแบบมีที่ยืดสันเพื่อความสะดวกในการนำท่อออกซิเจนเข้าและออกจากการพรมอุปกรณ์ขับมีที่ยืดที่ต้องออกซิเจนที่ยืดกับโครงสร้างห้องอย่างแน่นหนาไม่หลุดหรือลื่นหากให้เกิดหินรายเมื่อเกิดการชนหรืออุบัติเหตุรองรับการกระแทกไม่น้อยกว่า ๒๐G ตามมาตรฐาน UNECE R ๔๗ หรือมาตรฐานอื่นหรือการทดสอบอื่นที่ได้มาตรฐานเดียวกันหรือดีกว่า (หรือมีเอกสารรองหลักฐานรับรอง) พร้อมด้วยเก็บท่อห้องส่องอย่างสวยงามทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานทนความร้อนสูงและมีค่าญี่งค์ได้พร้อมห่อชนิดเดียวกันสำรองอีก ๑ ห่อ

๒. ห้องข้อ ๑ ห้องออกซิเจนที่ต้องต่อห้องท่อระบบ Pipe Line ควรชุดแบบต่อถูกที่ส่องห่อต่อเชื่อมกันและกันได้ด้วยสายยางห่วงดันที่ใช้กับก๊าซออกซิเจนโดยเฉพาะ มีสัญญาณต่อสัญญาณสำหรับใช้กับผู้ป่วยและมีชุดหักดันเครื่องหัวใจอัตโนมัติที่ติดตั้งในโรงพยาบาลโดยมีคุณลักษณะและอุปกรณ์ประกอบดังต่อไปนี้

๒.๑ มี Flow Meter แบบปืนมีแรงดันแก้วเดียวกันปริมาณได้ตามต้องการ พวชั่วตุ่คHumidifier แบบปืนปุ่มเลือก Bubble-Jet จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ มีชุดปรับลดความดันก๊าซออกซิเจน (Oxygen Regulator) จาก ๒,๐๐๐ PSI เป็น ๕๐PSI จำนวน ๒ ชุด โดยติดตั้งเข้ากับหัวท่อออกซิเจนโดยสามารถเปิดใช้งานจากในรถได้สะดวก

๒.๓ เดินสายส่งออกซิเจนท่อห้องแรงดันที่ใช้กับก๊าซออกซิเจนมาซึ่งแผงควบคุมสามารถติดต่อร่วมกันที่เหลือของก๊าซออกซิเจน และมีระบบติดต่อนแรงดันในห้องบรรจุส่วนตัว

๔.๑.๑๕ ด้านห้องนอนขับ ตัดจากห้องท่อออกซิเจนในข้อ ๔.๑.๑๔ ติดตั้งดูดเก็บเศษภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น พร้อมฝาปิดชนิดใส ส่วนด้านส่วนออกแบบเป็นรูและมีช่องเก็บของ

๔.๑.๑๖ มีพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ๑ ชุด

๔.๑.๑๗ เพศานค่านในไม้ที่แขวนภาชนะใส่ไม้เกลือแบบ พับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน

๔.๑.๑๘ ด้านจากดูดเก็บเศษภัณฑ์ในข้อ ๔.๑.๑๘ มีต้องไขลายนอนสุดที่วาระโดยเหลือที่ประมาณ ๔๔ เซนติเมตร ทำเป็นแบบเพอร์บิลต์ Built-In ห้าด้วยอุปกรณ์เนียมเคลือบสีสำหรับใส่เครื่องมือ แพทย์ติดตั้งอย่างแข็งแรงใช้งานได้สะดวกโดยออกแบบเพื่อร่องรับและยึดตัวอุปกรณ์ช่วยชีวิต ถูกอ่อน ห้องน้ำส่วนด้านล่างออกแบบเป็นกล่องไว้เก็บเศษภัณฑ์

๔.๑.๑๙ ด้านบนเหนือจากต้องไขลอกในข้อ ๔.๑.๑๘ ขนาดไปกับห้อง ออกแบบมีดูดเก็บเศษภัณฑ์พร้อมประดุจแบบเลื่อนสับขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม.

๔.๑.๒๐ มีชุดแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ๑๖๐V. เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐V. ๕๐ Hz ขนาด ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์พร้อมปลั๊กไฟฟ้า ๒๒๐V. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด และมีปลั๊กไฟฟ้า แบบที่จุกบุหรี่ ๒ V. อุ่นห้อง ๑ ชุด มีชุดสายพ่วงต่อแบบม้วนสำหรับไฟฟ้า ๒๒๐ V. มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พื้นที่เดินเสียบแบบมีสายดินในห้องจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ช่อง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวปารณัท พรมศิริ)

นายแพทย์ช้านาญกุล

ลงชื่อ..... รศ.ดร. พ.ศ. ๒๕๖๒ กรรมการ

(นางสาวรุจิรัตน์ อรุณ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมชาย ทองธีราวงศ์)

พนักงานขับรถบันได

/๔.๑.๒๐ มีลักษณะ..

รายงานอิทธิพลต่อสุขภาพของ
รถพยาบาล (รถรับส่งผู้ป่วย)
บริษัทฯ ประจำวัน ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม่

๔.๑.๒๑ มีสวิตช์ตัดไฟฟ้าห้องพยาบาลอยู่ในห้องคนขับเพื่อป้องกันการเปิดไฟทึบไฟด้วยตัวเอง
๔.๑.๒๒ ห้องพยาบาล

๑.หนังและฝ้าเพคานทำด้วยวัสดุที่สามารถทำความสะอาดได้่ายแยบคือสารเรืองน้ำยาต่างๆ มีไฟแสงสว่างแบบทรงยาว LED ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๕ ลูก และสวิตช์ปิด-เปิดตัว

๒.ชุด Electric Power Quality Protector and Monitoring และตัวแรงตันไฟฟ้า ๐-๓๐๐โวลต์ ที่รักษากระแสจริงในเวลาเรียลไทม์ (Real time) และบุ่มสำหรับทดสอบ (Test) การซ่อมกระแสไฟจากแหล่งจ่ายไฟพร้อมมีสัญญาณเตือนและสัญญาณไฟผลลัพธ์ (LED) และสามารถตั้งงบประมาณได้ตั้งแต่ ๘ ชั่วโมง คือไม่เกิน ๕ วินาที และ ๑ นาทีก่อนจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ (Auto restart) และสามารถตั้งระบบไฟฟ้าเมื่อใดแรงดันต่ำกว่า ๗๐๘ โวลต์ และแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า ๒๒๕ โวลต์ มีความไวในการตรวจสอบปัญหาไฟตกไฟเกิน ไฟดับดูดบุ้นไฟเกิน ๑ วินาที

๓.ห้องพยาบาลทำด้วยวัสดุที่ได้รับอนุมัติฐานปูหับด้วยผ้ายางกันลื่น ขนาดหน้าไม่น้อยกว่า ๒ มม.

๔.๑.๒๓ มีชุด เก้าอี้ม้านั่งยางแบบเบเย่เปิดช่องได้ โดยได้เบาะเก้าอี้ม้านั่งยางสามารถเก็บของได้และมีพนักพิงหลังสามารถยืดหุ้นสิ้น ในการนั่งอุปกรณ์เดินทาง ห้องพยาบาลสามารถปรับเป็นที่นอนของผู้ป่วยได้สูง ๑ คน พร้อมสายรัดตัวผู้ป่วย

๔.๑.๒๔ มีชุดฐานสำหรับล้อคเดี่ยงแบบเบเย่รับเดินทางมีอุปกรณ์ติดตั้ง-ลงจากคานห้ามกระแทก โดยมีรางคู่ทำด้วยสแตนเลส ขนาดหน้าไม่ต่ำกว่า ๒ มิลลิเมตร และด้านหน้าชุดฐานปูหับด้วยแผ่นสแตนเลสไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร พร้อมด้วยล้อคสำหรับล้อเดี่ยงได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเมื่อเดินทางและ ด้านห้ามของชุดฐานเป็นประดุจปีต-ปีต ใหญ่และกว้างพอสำหรับเก็บ Spinal Board ได้

๔.๑.๒๕ บนห้องการด้านซ้าย-ขวา บริเวณส่วนหน้าและห้ามสูดของรถ (ส่วนร่างกาย) ติดตั้งโคมไฟ สปอร์ตไลท์ชนิดหลอดฮาโลเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ วัตต์สามารถกันเมฆและหมุนซ้าย-ขวาได้ และภายในห้องพยาบาลส่วนห้ามสูดด้านบนติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดบีบีร้อนเดินทางซ้าย-ขวาได้ขนาด ไม่น้อยกว่า ๕๕ วัตต์โดยทั้งหมดควรมีไฟวิ่งควบคุมชุดปีต ๒ ทางสามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้จาก ห้องคนขับและส่วนห้ามของห้องพยาบาล

๔.๑.๒๖ ติดตั้งโคมไฟกระพริบคันหางแบบหลอด LED โคมแต่ละดวง มีหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๔ ดวง ครอบทับด้วยเลนส์กระหายและรูปปั้นล้อปีตทับด้วยฝาใส่อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันน้ำและฝน กระอง โดยโคมไฟติดตั้งด้านซ้าย-ขวา ในประดุจห้าม ให้แสงกระพริบแบบ Double Flash สีแดง และสีเขียวใช้ในการส่องเสียงด้านห้าม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน CE

๔.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๕ ลูบ บริษัทควรความถูกต้องในการออกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซี.ซี.หรือ มีกำลังเครื่องยนต์สูบที่ ไม่น้อยกว่า (๑๐๙ แรงม้า) ที่๓,๖๐๐ รอบ ต่อนาที

๔.๒.๒ ระบบกันสะเทือน ส้อมน้ำแบบปีกนกสูตรหัวรั้นบาร์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง ส้อมห้องแมมน้ำตอนและไขค้อหัวช่วง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวปารณัท พรมศรี)

นายแพทย์ช้านาฎุการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวรุจิรัตน์ อรุณ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสมจัง ทองอิสรา)

พนักงานบ้านครุยนต์

/๔.๑.๒๖ระบบ..

รายงานผลการดำเนินงาน
โรงพยาบาล (รถถัง) ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ชี้วิเคราะห์และประเมินค่าต้นทุนต่อหน่วยต้นทุน

ก้าวต่อไป จัดการด้วยความมุ่งมั่น ยั่งยืน

- ๔.๑.๓ ระบบพวงมาลัยขับด้านขวา แบบพาวเวอร์ช่วงผ่อนแรง
- ๔.๑.๔ ระบบหัวน้ำล้อ ติดเบรกล้อหน้า ครึ่งเบรกล้อหลัง หรือติดเบรกทั้ง ๔ ล้อ พ่วงทั้งระบบป้องกัน ล้อล็อกขณะเบรก (ABS)
- ๔.๑.๕ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๗๖ โวตท์ ๑๐๐ แอม培ร์สำหรับเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ขนาด ๗๖ โวตท์ ๑๐๐ แอม培ร์สำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ในห้องพยาบาล
- ๔.๑.๖ ส้อและยางเป็นชนิดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑.๗ ความยาวหัวของพยาบาลทั้งหมด (ส่วนหลังห้องคนขับ) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๑.๘ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำรถพยาบาลหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุบัติเหตุ
- ๔.๑.๙ ครุภัณฑ์และเครื่องมือประจำรถพยาบาลหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิต
๑. ยางอย่างเดียวกันตามมาตรฐาน ๑ ชุด
๒. แม่แรงยกรถพร้อมด้วยระบบมาตรฐานประจำรถอย่างผู้ผลิต ๑ ชุด
๓. ประแจจอกคล้อง ๑ อัน
๔. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย
- ๔.๑ ประแจปากตาย (๒ ตัว) ๑ ชุด
- ๔.๒ ประแจหัวนน (๒ ตัว) ๑ ชุด
- ๔.๓ ประแจเลื่อนนานาชาต ๕ นิ้ว ๑ อัน
- ๔.๔ ไขควงนานาชาต ๖ นิ้ว หัวปากแบบและปากแยก ๑ ชุด
- ๔.๕ คีมธรรมชาต ๑ อัน
- ๔.๖ คีมสีอีก ๑๐ นิ้ว ๑ อัน
- ๔.๗ ช่องหรือกล่องเก็บเครื่องมือช่างด้าน ๑ ใบ
- ๔.๘ โคมไฟสปอร์ตไลท์พร้อมสายและบล็อกเดี่ยวน ๑ ชุด
๕. เครื่องดับเพลิงน้ำยาเคมีชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ ปอนด์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
๖. เครื่องหมายอุกกาลสังข์อันแสดงรูปสามเหลี่ยม ชนิดติดตั้งได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
๗. ต้องติดตั้งเกอร์
- ๗.๑ ตามมาตรฐานสากล และสติ๊กเกอร์ลายคาด ๑ ชุด ฝึกอบรมสืบแบบสะท้อนแสง ภายนอกตัวรถ
- ๗.๒ แสดงชื่อ ที่อยู่ตั้งของหน่วยงาน ภาษาไทย
๘. เชิญบัตรนักบริจาคที่นั่งคนขับและที่นั่งทางคนขับตอนหน้า ๓ ชุด
๙. รายจราจรสามเหลี่ยม สะท้อนแสง จำนวน ๓ อัน
๑๐. อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเนื้อจากที่ก่อ ทนไฟให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) และมาตรฐานของผู้ผลิต

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวปราณี พรมศิริ)

นายแพทย์อำนวย กานต์

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ อรุโณ)

พยาบาลสหัชาร์ทพยาบาล


(นายศุนธิ ทองเชียง)

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ๔๓๖/วิทยุคมนาคม..


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการน้ำดื่ม (รถถัง) ปริมาณบรรจุภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตรหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐
กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ตัน โรงพยาบาลสังกัด อําเภอเสนาภิมุ จังหวัดร้อยเอ็ด

๔.๓.๒ วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๖๕๖ วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้

๑. เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดดิจิตอลในรอดอนต์
๒. เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ศูนย์ในย่านความถี่ ๑๓๖ MHz ถึง ๑๓๘ MHz สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Simplex และ Semi Duplex
๓. ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ Volts จาก Battery
๔. มีช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๑ ช่อง
๕. RF Input/Output Impedance = ๕๐ Ohm
๖. ต้องเป็นเครื่องแบบสั่งเคราะห์ความถี่ทั้งหมดที่ใช้งานโดยโปรแกรมความถี่
๗. ภาคเครื่องส่งมีกำลังส่งออกอากาศ (RF Power Output) ไม่น้อยกว่า ๖๕๖ วัตต์
๘. ภาครับ
 - ๘.๑ มีค่า Sensitivity < ๐.๗๕ μV หรือต่ำกว่า
 - ๘.๒ มีค่า Spurious แลก Image Rejection < -๖๐ dB
 - ๘.๓ มีค่า Inter-modulation < -๗๐ dB
 - ๘.๔ Audio Output ไม่น้อยกว่า ๐.๒ วัตต์ และมี Audio Distortion ไม่เกิน ๕%
 - ๘.๕ ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งง่าย
 - ๘.๖ ไม่ต้องติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
 - ๘.๗ สายอากาศ จำนวน ๑ ชุด
 - ๘.๘ หนังสือถ่ายเอกสารใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด
๙. เสียงปี๊ก
 - ๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่สูญเสียของตน
 - ๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าในทุกกรณีที่เกิดจากการใช้งาน ตามปกติอย่างน้อยเป็นเวลา ๑ ปี
 - ๙.๓ ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่ามีจะให้สัมภาระเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์และไม่มีผู้ใดหันจะต้องซื้อจากผู้ขาย
 - ๙.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบท้ายให้กับเจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันเดียว
 - ๙.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน CE

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นางสาวปารณัช พรมศรี)

นายแพทย์ช้านาคุณการ 

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวรุจิรัตน์ อรุโณ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสมชาย ห้องเชิงสาร)
พนักงานขับรอดอนต์

/หน่วยคุณลักษณะ...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แพทย์บ้าก (รถถัง) ศิริมาศกรชานออกศูนย์ไปต่อ กว่า ๒,๔๐๐ ชีวิตหรือกำลังเครื่องชนตู้ชุดไปต่อ กว่า ๘๐
ก้าวเดินที่ จันวน ๑ คัน โรงพยาบาลสตูลภูมิ อําเภอสตูลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ต

หมวด ๖ คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์และสื่อในเด็ก

๕.ครุภัณฑ์การแพทย์

๕.๑ เที่ยวนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น • เที่ยง มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑.๑ ตัวเที่ยงและโครงทำจากโลหะอุ่มนิ่มอัลลอยด์มีความแข็งแรงสามารถหัวใจได้ทันที โดยไม่ต้องใช้เม็ดกระดาษรองหลัง

๕.๑.๒ แผ่นรองหัวใจผู้ป่วยทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์อย่างดี

๕.๑.๓ พนักพิงหลังเป็นระบบกลไก ช่วยยกตัวผู้ป่วยขึ้น-ลง สามารถปรับระดับได้ตั้งแต่ ๐ ไม่มีอ้อยกว่า ๙๐ องศาและปรับเป็นเก้าอี้นั่ง

๕.๑.๔ การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นเตียงราบ สามารถทำให้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว ส่วน ปลาย เห้าสามารถปรับขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ

๕.๑.๕ สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้ถ่ายโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว ขาเดียวคู่หน้าและคู่หน้าซึ่งมีค้ำมือชับ หันบังคับ ตัวให้พับไปกับขาเดียวและเมื่อตึงเดียวจะจากต่อ ล้อคู่หันและล้อคู่หน้าจะการออก เองโดยอัตโนมัติ(Automatic Loading Stretchers)

๕.๑.๖ มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงแบบขึ้นเดียวไม่มีรอยต่อ สามารถถอดล้างทำความสะอาด ได้พร้อมสบายน้ำผู้ป่วยข้างน้อย ๒ เส้น

๕.๑.๗ น้ำหนักเตียงไม่เกิน ๓๖ กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

๕.๑.๘ มีที่เสียบเสาน้ำเกลือหัวด้านข้างและขวาง หัวแม่เสาน้ำเกลือ จำนวน ๑ เสา สามารถปรับ ระดับสูงต่ำ ได้และยึดติดกับโครงเตียงได้อย่างมั่นคง


๕.๑.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ , ISO ๘๐๐๗:๒๐๑๕ มีเอกสารแต่งตั้ง ตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงและอย่างถูกต้องว่าสำหรับเส้นอะคาโร่ให้กับโรงพยาบาลสตูลภูมิ

๕.๒ หุคลือกศีรษะกับযานพาณิชย์ (Head Immobilizer) มีรายละเอียดดังนี้

๕.๒.๑ สามารถใช้ตีอคศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดาษรองหลัง (Spinal Board) ได้อย่างมั่นคง โดยมีก้อน หินรูปทรงสี่เหลี่ยม ๒ ชิ้น สำหรับประคองด้านข้างศีรษะผู้บาดเจ็บและมีฐานรอง สำหรับยึดติดกับแผ่นกระดาษ รองหลัง


๕.๒.๒ ตัวก้อนหินในช่อง ๕.๒.๑ ทำจากโพเมทิรอนบีน ภายนอกเคลือบด้วยโพลิสูตรีเทนเหลวหัวเขี้ยว ดิว ไบรอ븀เรียบเป็นชิ้นเดียว ไม่มีรูร้อยปะ ร้อยต่อ ที่จะทำให้ช่องเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักหมม ภายในได้โดยด้านล่างของก้อนหินไม่ผ่านหน่วยเทียบงานปะติด (Velcro fastener) สำหรับยึดติดกับตัวฐาน

๕.๒.๓ ฐานรองในช่อง ๕.๒.๑ มีสายรัดสำหรับดึงโดยรอบแผ่นกระดาษรองหลังอย่างมั่นคง และมี แผ่นหน่วย เทียบงานปะติด (Velcro fastener) สำหรับยึดก้อนหินไว้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวปราณี พรมศรี)

นายแพทย์ชานาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวรุจิรัตน์ อรุณ)

พยาบาลสิวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายสนอง ทองธีสาร)

พนักงานชั่วคราว

๕.๒.๔ มีสายรัด...


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แพทยานาชาต (รถปฏิ) บริษัทครุภัณฑ์จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น ๑๐
กีฬาสุขภาพ ชั้น ๑๐ ถนนโรจนบุรี แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐

- ๔.๒.๔ มีสายรัดเข้าวัน ๖ เส้นสำหรับยึดหนังปากและคางผู้บาดเจ็บ
- ๔.๒.๕ ผ้าวัสดุไม่ซึมซึบของเหลวสามารถอุดตัน แข็งท้าความสะกดได้ทั้งชิ้น
- ๔.๒.๖ แสงเอ็กซ์เรย์สามารถผ่านได้ไม่มีโลหะเป็นส่วนตัว
- ๔.๒.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ , ISO ๙๐๐๓:๒๐๑๕
- ๔.๓ ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board) สามารถใช้งานได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ในอันเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ๔.๓.๑ ทำด้วยพอลิเอทิลีน Polyethylene หรือ ไฟเบอร์กลาส ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ำได้
- ๔.๓.๒ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. มีความหนาไม่เกิน ๕ ซม. และหนักไม่เกิน ๕ กิโลกรัม
- ๔.๓.๓ สามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม
- ๔.๓.๔ แสงเอ็กซ์เรย์สามารถผ่านได้และสามารถรองรับน้ำหนักขณะทำ CPR ผู้ป่วยได้
- ๔.๓.๕ มีสายรัดผู้ป่วย ที่ปรับขนาดตามมีดูประณีตคือได้เข้ากันไม่น้อยกว่า ๑ เส้น
- ๔.๓.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ , ISO ๙๐๐๓:๒๐๑๕
- ๔.๔ ชุดช่วยหายใจชนิดให้มือเป็นสำหรับผู้ใหญ่ ชุด และชุดช่วยหายใจชนิดให้มือเป็นสำหรับเด็ก ๑ ชุด แต่ละชุด ประกอบด้วย
- ๔.๔.๑ ถุงลมสำหรับบีบอกรักษาหายใจผลิตจากยางซิลิโคน จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๔.๒ ถุงสำรองออกไซเจน จำนวน ๑ ชิ้น (reservoir bag)
- ๔.๔.๓ หน้ากากครอบปากและจมูกผลิตจากยางซิลิโคน แบบโปร่งใส จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ อัน (Mask) เด็ก ทางเดินหายใจเด็ก และผู้ใหญ่
- ๔.๔.๔ ห้องป้องกันลืนหกอุบท่อคลื่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ อัน
- ๔.๔.๕ กล่องบรรจุอุปกรณ์การใช้งานทั้งหมด
- ๔.๔.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ CE (มีเอกสารแนบ)
- ๔.๕ เครื่องดูดของเหลว (Mobile Suction) จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
- ๔.๕.๑ ให้ได้กับไฟฟ้ากระแส ๒๒๐ โวลต์
- ๔.๕.๒ มีปุ่มควบคุมแรงดูด พร้อมมาตรการดูดแห้งดูด
- ๔.๕.๓ สามารถปรับแรงดูดสูงสุดให้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิบาร์และอัตราการไหลของอากาศ ๒๐ ลิตรต่อนาที
- ๔.๕.๔ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ ใบ
- ๔.๕.๕ มีสายดูด (Suction Tubing) ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๓ เมตร จำนวน ๒ เส้น

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นางสาวปารวันี พรมศรี)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวรุจิร์ศิริ อรุณ)

แพทยานาชาตวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสมอง ทองธีรา)

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

๔.๕.๖ ถูกประทับ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โรงพยาบาล (รถตู้) บริการครอบคลุมไม่กว่า ๒๕๐๐ ชีวิตร้อยกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐
กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ห้อง โรงพยาบาลเหล็ก มีบานไดร์บี จังหวัดร้อยเอ็ด

๔.๔.๖ อุปกรณ์ประกอบที่ต้องมาตรฐาน มี ผ่านมาตรฐานสากล IEC ๖๒๑๙๕ ระบบป้องกันไฟกระชากด้วย Surge Protection ระบบป้องกันการใช้ไฟเกินมาตรฐาน IEC ๖๐๒๙๕ มีม่านบิรภัยป้องกันไฟครุภัย พร้อมไฟแสดงสถานะการใช้งาน วัสดุฝาผน กมอก. ๑๖๖-๒๕๔๙ (สามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่ด้านลิฟต์) รองรับกระแสไฟได้สูงสุด ๒๓๐๐ วัตต์ ประแจเหล็ก (Sqmm) : VCT ๓ x ๐.๗๕ สายไฟยาว ๓ เมตร Standard Cable IEC ๖๐๒๙๕

๔.๖ กระเบ้าอุกเดิน จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

๔.๖.๑ เป็นการเปิดปิดเปลี่ยนทางหลังได้ และยกหัวได้พร้อมที่กันกระแทกเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

๔.๖.๒ ชุดป้องกันกระดูกคอเหตุต่อน (Cervical collar) จำนวน ๑๐ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

๔.๖.๓ โครงงานออกแบบเป็นพลาสติก สวยงามในเป็นไฟมีอยู่

๔.๖.๔ ประกอบด้วยกัน โดยสายรัดแบบปะติด (velcro fastener)

๔.๖.๕ เป็นชนิดที่สามารถปรับระดับความกว้างของผู้ป่วยได้

๔.๖.๖ ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะห้องผดุง

๔.๖.๗ มีการเปิดผ้าในต่อนอย่างตีขานวน ๑ ใน ส่วนรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ ,ISO ๕๐๐๓:๒๐๑๕

๔.๖.๘ ชุดผิอกรอม (Vacuum splint set) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๔.๖.๙ โครงสร้างทำจาก Vinyl ภายใต้บรรจุภัณฑ์หูฟัง ซึ่งจะแข็งด้วยเม็ดอลูมิเนียม และไม่เป็นรัก ร่างกาย

๔.๖.๑๐ มีปุ่มปิดเปิดคอมมันนิคแจ็งแรง

๔.๖.๑๑ มีสายรัดแบบปะติด (Velcro) สำหรับใช้รัดหัวหรือท้องอุปกรณ์กับร่างกาย

๔.๖.๑๒ มีถุงผ้าอย่างตีขานวน ๑ ใน ส่วนรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด

๔.๖.๑๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO และ CE

๔.๘ ชุดไฟ Oxygen เป็นแบบ Pipe Line System จำนวน ๑ ชุด เป็นเครื่องให้ Oxygen สำหรับใช้กับ ผู้ป่วยและขับก๊าซเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติที่ติดตั้งในโรงพยาบาล มีคุณลักษณะและอุปกรณ์ประกอบ ดังต่อไปนี้

๔.๘.๑ Flowmeter ที่ Check Valve สำหรับต่อเครื่องช่วยหายใจและ Bubble-Jet Nebulizer จำนวน ๑ ชุด

๔.๘.๒ มีชุดปรับลดความดันก๊าซออกซิเจน (Oxygen Regulator) จาก ๒,๐๐๐ PSI เป็น ๕๐ PSI จำนวน ๖ ชุด ติดตั้งกับห้องออกซิเจนโดยสามารถเปิดใช้งานจากในรถได้สะดวก


๔.๘.๓ เตินห้องส่งออกซิเจนด้วยเต็นท์ห้องแยกห้องแรงดันมาตรฐานแรงดันมาตรฐานแรงดันมาตรฐาน

๔.๘.๔ สามารถตรวจสอบความดันเหลือของก๊าซออกซิเจน ได้จากแผงควบคุมในห้องพยาบาล

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวปราณี พรมศรี)

นายแพทย์ช้านาญกิจ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวรุจิร์รัตน์ อรุณ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสนอง ทองธีราก)

หนังสือขออนุญาต

๔.๑๐ เก้าอี้...

รายงานเบี่ยงคุณสั่งยาและยา
แพทยานาชาติ (รถ) บริษัทกรุงเทพมหานครจำกัด สำนักบริการด้านสุขภาพและศูนย์ไม้คำภาฯ ๙๐
กีฬาเวลเด็ฟฟ์ จำนวน ๑ ศัน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ จังหวัดเชียงใหม่

๔.๑๐ เก้าอี้เก็บสันหลังผู้ป่วยชนิดเดินได้สามารถพับเก็บได้สะดวก (Stair chair) จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑๐.๑ เป็นเก้าอี้มีน้ำหนักเบา สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน มีน้ำหนักไม่เกิน ๑๐ กก.

๔.๑๐.๒ ส่วนที่รองรับรับผู้ป่วยเป็นผ้าใบในส่วนของผ้าใบสามารถถอดทำความสะอาดได้

๔.๑๐.๓ มีที่วางพักเท้า สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ กก.

๔.๑๐.๔ มีที่จับสำหรับยกเก้าอี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้การเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว

๔.๑๐.๕ เป็นเฟลิกเกอร์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๖ , ISO ๔๐๐๙:๒๐๑๙

๔.๑๑ อุปกรณ์ความหลังชีวิตถั่น (Kendrick Extrication Device) สำหรับความหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังมีชีวิตอยู่ในชาร์ต หรือใช้ในการกระตุ้นเชิงรุก ผู้บาดเจ็บประคอนหัวแย่งไม่มีหัวใจสั่นไปร์และเสียง เรียกวัน เป็นผล เชื่อมต่อ กับและหุ่นผู้ช่วยสุดท้ายหรือพลาสติกหัวหอยหนังเทียม มีรูประจุส่องสว่างกับร่องทาง พ่อนบามีส่วนยืน โอบหัวส่วนศีรษะและส่วนลำตัว มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑๑.๑ หัวเดียวมีความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

๔.๑๑.๒ มีออกแบบแขน-ขา หัวด้วยไม้พานาสูตร ๑ ชุด มี๕ ชิ้น จำนวน ๒ ชุด

๔.๑๑.๓ มีปืนขัดรักหัวผู้ป่วย ๑ เส้น แต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดให้ขา ๒ เส้น

๔.๑๑.๔ บริเวณศีรษะมีหนามเหล็กสามารถติดคลำรับหัวบ้ามากและคงของผู้บาดเจ็บให้ยึดติดกับหัวเดียวได้

๔.๑๑.๕ มีห่วงอนสำหรับรองหัวศีรษะในการยึดเชือดของหัว

๔.๑๑.๖ แสงเอิร์ธเรย์สามารถผ่านได้

๔.๑๒ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

รายละเอียดคุณสมบัติยาและยา เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าหัวใจ


๔.๑๒.๑ หัวเครื่องประยุกต์หัวใจภายนอกที่สามารถทำงานทั้งนี้ ภาคกระตุกหัวใจอัตโนมัติ และManual (AED mode) เป็นเครื่องกระตุกหัวใจชนิด E-Waveform; e-cube biphasic (Truncated exponential type)

๔.๑๒.๒ หัวเครื่องมีน้ำหนักประมาณ ๒.๐ กิโลกรัม(รวมแบตเตอรี่และแผ่นอิเลคโทรด น้ำหนัก ๒.๕ กิโลกรัม) และมีจอภาพแบบจอลิฟท์นิค TFT

๔.๑๒.๓ ขนาดเครื่อง : ๒๖๐ x ๒๔๖ x ๒๙.๘๘.๘ ม. (กว้าง x ยาว x สูง)


๔.๑๒.๔ แบบห่อหรือเป็นชิ้นนิคปี-เบฟฟ์.๑ ไวนิล.๑ ไวนิล.๑ ไวนิล.๑ แบบปีสำหรับใช้กระตุกหัวใจได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ครั้งหรือ ๕ ชั่วโมง


๔.๑๒.๕ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และนานถึง ๕ ปี(กรณีแบตเตอรี่เป็น High capacity type) ภายใต้สภาวะแวดล้อม อุณหภูมิที่เหมาะสมลดการใช้ในสภาวะน้ำ

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นางสาวปราณี พรมศิริ)

นายแพทย์ชนาภรณ์



ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวรุจิรัตน์ อรุณ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสนอง ทองธีรากร)

พนักงานขับรถอนต์

๔.๑๒.๖ ประจำปี..

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถพยาบาล (รถรับ) บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมจำกัด จำกัด
ก่อตั้งวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

๕.๑๒.๖. มีระบบป้องกันน้ำและฝุ่นละอองเข้าไปในเครื่อง ตามมาตรฐาน Water jet proof IPX5 per IEC 60529 (IP55) และ Dust protected IP5X per IEC 60529, EMI:IEC 601-1-4:2003 Limits, Method EN: IEC 601-1-2:2007+A1:2007, Group 1, Class B

๕.๑๒.๗. มีระบบป้องกันการสั่น สามารถใช้งานในรถพยาบาล ที่มีการสั่นสะเทือนโดยได้มาตรฐาน EN ๖๐๐๗

๕.๑๒.๘. มีโปรแกรมวิเคราะห์ที่เก็บไว้ใน ตามมาตรฐาน Meets AAMI DF ๙๗๐๖ Guideline

๕.๑๒.๙. มีเดียว่าจะกอบในการช่วยชีวิต(CPR guide & Detection)พร้อมการตรวจจับเสียงรบกวนรอบหัวใจแบบปรับเปลี่ยนเวลาอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมในที่อยู่ เพื่อให้ผู้ใช้สะดวกเจนที่สุด

๕.๑๒.๑๐. แผ่นอิเลคโทรดเป็นแบบ smart disposable paddle มีระบบแจ้งเตือนเมื่ออิเลคโทรดก่อนวันหมดอายุ (Displaying Life expectancy of Electrode)สามารถใช้กับเด็กที่น้ำหนักน้อยกว่า ๒๕ กก. โดยเลือกประเภทผู้ป่วยที่ตัวเครื่องได้เลย และใช้แผ่นอิเลคโทรดสำหรับเด็ก โดยไม่ต้องใช้ ตัวแปลงขนาดไฟเพิ่ม

๕.๑๒.๑๑. มีระบบวินิจฉัยด้วยตนเอง (Self-Diagnostic Test) Automatic Self Test ทั้งแบบ Auto และ Manual สามารถตั้งให้ตรวจสอบ Auto อัตโนมัติ (Power On Self-Test, Run-time Self-Test) ภายในวันรายสัปดาห์และรายเดือนทดสอบตัวเองได้

๕.๑๒.๑๒. มีหน่วยความจำของหัวเครื่อง สามารถเก็บข้อมูลถูกล้ำไปได้ ๑ เหตุการณ์ หรือ ๑๐ ชั่วโมง และสามารถเก็บข้อมูลถูกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบต่อเนื่องได้ ย้อนหลังได้ สามารถส่งข้อมูลไปยัง เครื่อง PC ผ่าน Infrared port (IrDA port) กรณีต้องใช้ซอฟแวร์เพิ่มได้ภายหลัง

๕.๑๒.๑๓. ภาคกระตุกหัวใจ (Defibrillation)

๑. กระตุกหัวใจด้วยรูปคลื่นแบบ ๒ เฟส ชนิด Truncated exponential type


๒. มีระบบ Intelligent Arrhythmia detector และ AED (automate external defibrillator) มีปุ่มเสื่อมไฟแสดงสีฟ้าสำหรับผู้ที่อยู่และเด็กได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ adaptor cable แปลงไฟฟ้า

๓. ใช้เวลาในการชาร์จประจุเพื่อการตุกหัวใจไม่เกิน ๑๐ วินาที ทุก Electric Power Quality Protector and Monitoring มีหน้าปัดมิเตอร์เรืองแสงคงต้นไฟฟ้า ๐-๓๐๐ โวลต์ ที่รักษาแพทย์ตั้งช่วยไฟแบบต่อเนื่อง (Real time) และปุ่มสำหรับทดสอบ (Test) การช่วยกระตุกไฟจากแหล่งจ่ายไฟ พร้อมมีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟแสดงอัตติ (LED) และสามารถตั้งหน่วงเวลาการทำงานจ่ายไฟให้อายุสั้นอย่าง ๒ ชั่วโมง คือไม่เกิน ๕ วินาที และ ๑ นาทีก่อนจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ (Auto restart) และสามารถตั้งระบบไฟฟ้าเมื่อมีแรงดันต่ำกว่า ๑๗๕ โวลต์ และแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า ๒๒๕ โวลต์ มีความไวในการตรวจจับปัจจัยไฟฟ้าให้เกิน ไฟติดต่อกันไม่เกิน ๑ วินาที


ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นางสาวปราณี พรมศิริ)

นายแพทย์ชานภูญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวรุจิรัตน์ อรุณ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสมชาย ทองธีราวงศ์)

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

/๕.๕.๔

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถพยาบาล (รถปฏิบัติ) บริการรถรับออกศูนย์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ชีวิตหรือสำรองเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๕๐
กิโลเมตร จำนวน ๑ คัน โรงพยาบาลและภูมิ ย่านกรุงเทพฯ จังหวัดกรุงเทพฯ

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๑ หัวเครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๒ Multifunctional Defib Pads Adult จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ Disposable Battery จำนวน ๑ ก้อน

๔.๔ Operating Manual จำนวน ๑ เล่ม

๔.๕ เสื่อไขทิ้งหัว รับประทานคุณภาพ ๑ ปี

๔.๖ บริษัทเป็นผู้นำเข้าโดยถูกต้องผ่านองค์การอาหารและยาของไทย

๔.๗ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๔.๗.๑ เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล

๔.๗.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วงกว่า ๐ - ๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท

๔.๗.๓ มีผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก อย่างละ ๑ ชุด และผ้าพันขาผู้ใหญ่ ๑ ชุด ทุกชุดเป็นชนิด ปะติ (velcro fastener)

๔.๗.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๘ ฟุต

๔.๗.๕ ถูกยางสำหรับยึดสมผ้าพันแขน พร้อมคันปิด - เปิด สะดวกต่อการควบคุม

๔.๘ มีคุณรับความเห็น (Regulators) จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๑ รีสติทูจากอยู่ในเนื้ยน้ำคัลคลอยด์

๔.๙.๒ สามารถปรับแรงดันให้ตั้งแต่ ๐ - ๒๕ LPM

๔.๙.๓ นิ้วซอง D.I.S.S. ในช่วงกว่า ๒ ตัวแทน เพื่อต่อเข้ากับเครื่องช่วยหายใจ

๔.๙.๔ มีร่องต่อหางปลา ๑ ตัวแทน เพื่อต่อเข้าหน้ากากอย่างเชิง

๔.๙.๕ เครื่องส่องหลอดเดียว Laryngoscope จำนวน ๑ ชุด

ชุดส่องกล้องส่องเดียว Laryngoscope ด้านเดียวเป็นโลหะปลอกสนิม หยอดไฟ LED พร้อมคันบัง Blade ที่ ๑ ขนาด จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑๐ หูฟัง (Stethoscope) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๔.๑๐.๑ หูฟังสามารถฟังได้ทั้งสองด้าน โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟังเพื่อฟังเสียงความถี่สูงหรือต่ำ

๔.๑๐.๒ หัวฟัง (Chest piece) ทำจากโลหะไวรอนิมประกบกันเป็น ๒ ด้าน ด้าน Bell เส้นหัวศูนย์กลางประมาณ ๑.๒๕ นิ้ว มียางหุ้มโดยรอบ และด้าน Diaphragm เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๗๕ นิ้ว

๔.๑๐.๓ หัวหูฟังทำจากวัสดุสังเคราะห์น้ำหนักเบาแข็งแรงทนทาน


๔.๑๐.๔ สาย (Tubing) หัวจากพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอรีด (Polyvinyl Chloride) ชนิดมีช่อง เตี้ยๆ

๔.๑๐.๕ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นางสาวปารณ์ พรมศรี)

นายแพทย์ชานาญการ 

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวรุจิรัตน์ อุ่น)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายศน่อง ทองเชษา)

พนักงานบัญชีรดยนต์ ๔๑๗ ไฟฉาย...

รายละเอียดคุณลักษณะเด่น
รถพยาบาล (รถปฏิ) บริษัทกรุงเทพไม่จำกัด ๒,๔๐๐ ซีซีเรียกกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่จำกัด ๙๐
กิโลวัตต์ จำนวน ๖ คัน โรงพยาบาลสหไทย อรุณอุทัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๔.๐๗ ไฟฉายส่องสว่างสำหรับฉุกเฉิน จำนวน ๑ อัน

๔.๐๗.๑ ตัวการบอกผลลัพธ์ขึ้นจากวัสดุอุปกรณ์โดยไม่ต้องนำมือมา碰 เสาสามารถป้องกันการกระแทก กันน้ำ และ การจด
เคลื่อนที่จากวัสดุไม่คงทน

๔.๐๗.๒ มีน้ำหนักเบาไม่เกิน ๓ อยun (รวมแบตเตอรี่แล้ว)

๔.๐๗.๓ สามารถติด - เปิด ใช้งานได้ง่ายด้วยมือข้างเดียวด้วยการกดสวิตช์โดยสามารถดึงออกได้ก็ติด ปล่อย
ดับหรือเปิดไฟด้านอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

๔.๐๗.๔ สามารถดึงออกปรับลำแสงให้ตรงหรือส้ายแสงกระจายได้

๔.๐๘ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ หรือกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๐๘.๑ สามารถวัดและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) วัดความดันให้พอดีในมิติชนิดไม่แห้งเส้น (NIBP) วัด
ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂) วัดอัตราการเต้นของชีพจร (PR) วัดอุณหภูมิร่างกาย (TEMP)
และแสดงค่า ต่าง ๆ ให้พร้อมกับเครื่องแบบแพทย์และพารามิเตอร์ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล สามารถ
ให้งานได้ทั้งแบบ Spot check และ continuous monitoring

๔.๐๘.๒ หน้าจอสีชนิด TFT LCD Touch Screen ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว สามารถเอียงไปได้ไม่เกิน ๖๐๐ x ๘๐๐ pixel และมีโหมด Big Numeric Screen สามารถแสดงค่าตัวเลขในสีพิเศษได้ สามารถเปลี่ยน
รูปแบบหน้าจอได้โดยง่าย สามารถดึงออกเพื่อเปลี่ยนสีของแผงพารามิเตอร์ได้ เพื่อความชัดเจนในการมองเห็น

๔.๐๘.๓ ควบคุมการทำงานด้วยหน้าจอระบบสัมผัส บุ้นกดด้านหน้าเครื่อง และ ปุ่มหมุน

๔.๐๘.๔ สามารถดึงออกไฟฟ้า AC ๑๐๐ ~ ๒๔๐V, ๕๐/๖๐Hz มีแบตเตอรี่สำรองชนิด Li-Ion สามารถ
ประจุไฟใหม่ได้ ใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง และสามารถแสดงระยะรับแบตเตอรี่บนหน้าจอได้ มีสัญญาณ
เตือนเมื่อยับต์เตอร์ต่ำ

๔.๐๘.๕ ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา มีน้ำหนัก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

๔.๐๘.๖ สามารถดึงออกได้ทั้งผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กแรก โดยสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ถูก


๔.๐๘.๗ เป็นเครื่องที่มีการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า CE , IEC ๖๐๖๐๙-๑

๔.๐๙ เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติชนิดเกสต์ชีมชีมายได้


๔.๐๙.๑ เป็นเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ที่ทำงานได้โดยใช้แรงดันแก๊ส (Pneumatic) และมีแบตเตอรี่ชั่วคราวไม่ต้องดูแลซ่อมบำรุง (Maintenance free) สำหรับควบคุมระบบการทำงาน
และระบบการเตือน (Alarm) ต่างๆของเครื่อง


๔.๐๙.๒ มีระบบควบคุมการทำงานโดย แบบรอบเวลา (Time Cycled) และระบบจำกัดความดัน (Pressure limit)

๔.๐๙.๓ สามารถทำ การช่วยหายใจได้ในแบบ Controlled ventilation (IPPV)

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นางสาวปราณี พรมศรี)

นายแพทย์ช้านาญกุล 

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวรุจิรัตน์ อรุโณ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายศน่อง ทองธีรา)

พนักงานบริการ

๔.๐๙.๔ สามารถ...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถพยาบาล (รถตู้) บริการรถรับออกสูบไม่หลักกว่า ๒,๕๐๐ ซึ่งใช้สำหรับเครื่องยนต์สูบไม่หลักกว่า ๙๐
กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โรงพยาบาลศรีสะเกษ สำนักงานเขตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด

๔.๗.๔ สามารถให้อัตราการหายใจได้ตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๓๐ ครั้ง/นาที โดยมีแคนส์แสดงความเหมาะสมสำหรับ
ทารก (Infant) เด็ก (Child) และผู้ใหญ่ (Adult)

๔.๗.๕ มีอัตราส่วนของเวลาในการหายใจเข้า (Inspiration) ต่อการหายใจออก (Expiration) ที่ ๑:๑.๖๗

๔.๗.๖ สามารถให้ Minute Volume (MV) ได้ตั้งแต่ ๓ ถึง ๖ ลิตร/นาที

๔.๗.๗ สามารถปรับความตันสูบสูดในการเดินหายใจ (Pressure Limit) ได้ที่ ๖๐ และ ๘๐ มิลลิบาร์

๔.๗.๘ มีระบบเตือน (Alarm) ทั้งแสงและเสียงในการผิดต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้แก่

- ห้องเรือสายหลุด (Disconnection)
- เกิดการอุดตัน (Stenosis)
- ออกริเจนไกล์จชหมด (Pressure drop in O₂ Supply)
- แบตเตอรี่ใกล้จชหมด (Low battery charge)

๔.๗.๙ ระบบให้ออกซิเจนผู้ป่วย (Demand flow oxygen inhalation) สามารถให้อัตราการให้ออกซิเจนสูงสุดมากกว่า ๘๐ ดิบต์/นาที โดยผ่านห้องข่ายหายใจ (respiration hose) แม้ว่าส่วนผู้ป่วยทุกเดียวจะบีบใช้ในการข่ายหายใจ

๔.๗.๑๐ ระบบให้ออกซิเจนจะให้ออกซิเจนและผู้ป่วยหายใจเข้าโดยมีระบบสัญญาณกระตุ้น (Trigger) จากผู้ป่วยเมื่อยก高手 ๑ มิลลิบาร์ และหลุดให้มีผู้ป่วยหายใจออกหรือมีความตันในทางเดินหายใจมากกว่า ๑ มิลลิบาร์

๔.๗.๑๑ ขณะให้ออกซิเจนถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจ เครื่องจะแสดงเสียงเตือนด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย และแสดงสัญญาณเตือน

๔.๗.๑๒ สามารถใช้งานได้ในห้องแรงดันแก๊ส ตั้งแต่ ๒.๙ ถึง ๖ บาร์

๔.๗.๑๓ สามารถต่อเข้ากับบุคลอกซิเจน Pipe line ได้โดยใช้ข้อต่อแบบอัตโนมัติซึ่งช่วยให้สามารถต่อออกซิเจนจากภายนอกได้ทันทีโดยไม่ต้องขันเกลียว

๔.๗.๑๔ วาล์วด้านผู้ป่วยทำด้วย Polysulphon สามารถทำการปั๊มเชื้อได้ และทิ่ววาล์ว ตั้งกล่าวมีวาล์วถูกดึงสำหรับให้ผู้ป่วยที่รู้สึกหัวหนายใจ

๔.๗.๑๕ สามารถใช้งานในรถพยาบาลหรือที่มีการสันสะเทือนโดยได้มาตรฐาน EN1789 หรือเทียบเท่า และมีมาตรฐานการป้องกันน้ำไม่น้อยกว่าระดับ IPX5


๔.๗.๑๖ สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -๑๕ °C ถึง +๖๐ °C

๔.๗.๑๗ อุปกรณ์ประกอบ

๑. หน้ากากช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ ชุด

๒. ชุดทดสอบการทำงาน จำนวน ๑ ชุด


๓. ชุดถ่ายต่อออกซิเจนภายนอกความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นางสาวปารณัท พรมศิริ)

นายแพทย์ชัชนาฏ



ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวรุจิรัตน์ อรุโณ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายสนอง ทองมีสาร)

พนักงานชั่วคราว

/๕๖.๙๔๖๗๖๗๗๗๗๗๗

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถพยาบาล (รถถัง) บริการระบบอกรถบ้านเพื่อกว่า ๒,๕๐๐ ศูนย์บริการสำหรับผู้สูงอายุไม่ท่องราก ๙๐
ต่อเดือน จำนวน ๘ คัน โรงพยาบาลสละภัย อ่ามกอสละภัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๔.๑๐.ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบเพื่อเก็บรักษาอุปกรณ์ติดเชื้อต้นสาย

๔.๑๐.๑ ชุดเต็นท์แคปซูลมีขนาดความยาวนานาชาติ ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร ความกว้างขวาง ๖๘๐ มิลลิเมตร และความสูงนานาชาติ ๕๐๐ มิลลิเมตร

๔.๑๐.๒ สามารถรองรับน้ำหนักภายในได้สูงสุดไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัม

๔.๑๐.๓ โครงสร้างของชุดเต็นท์แคปซูลทำจากวัสดุชนิด ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) ที่มีความแข็งแรง และความทนทานในการใช้งานสูง และวัสดุด้านในทำจากแผ่นพลาสติกพีทีบีพี (Thermoplastic Polyreuthane) ที่มีคุณสมบัติป้องกันรอยชำรุดหักง่าย และมีความยืดหยุ่น

๔.๑๐.๔ มีระบบชิดปิดชุดเต็นท์แคปซูล เพื่อช่วยในการเปิด-ปิด ทำให้ง่ายต่อการบรรจุอุปกรณ์

๔.๑๐.๕ มีช่องถุงมือ (Glove Portal) สำหรับช่วยในการจัดการกับผู้ป่วยและอุปกรณ์ภายใน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่อง และมีช่องใส่เครื่องมือที่ปิดสนิทขนาดเล็ก (Utility Portal) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง ทำให้ไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง เพื่อลดภัยเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อ

๔.๑๐.๖ มีระบบเป็นชุดสำหรับช่วยเบิดตัวผู้ป่วยกับชุดเต็นท์แคปซูล และช่วยยึดชุดเต็นท์แคปซูลกับเปล หรือรถเข็น เพื่อความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

๔.๑๐.๗ ชุดเต็นท์แคปซูลสามารถพับเก็บได้ง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถใช้วิ่งกับเปล หรือรถเข็นได้ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

๔.๑๐.๘ ชุดเต็นท์แคปซูล มีชุดกรองอากาศที่มีแผ่นกรองชนิด HEPA มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด ๐.๓ ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า ๙๙.๙๙๙%

๔.๑๐.๙ มีอัตราการไหลเวียนอากาศ (Air Flow Rate) ในน้อยกว่า ๖๗±๑๐% ถูกกำหนดต่อชั่วโมง

๔.๑๐.๑๐ สามารถสร้างแรงดันลบ (Negative Pressure) ภายในชุดเต็นท์แคปซูลได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปาส卡ต ในระยะเวลาไม่เกิน ๒ นาที หลังจากเปิดเครื่อง เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน

๔.๑๐.๑๑ มีอัตราการระบายอากาศภายในชุดเต็นท์แคปซูล (Ventilation) ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตัวครั้งนาที

๔.๑๐.๑๒ มีอัตราการรั่วของอากาศ (Aerosol leakage rate) สำหรับการรักษาความสะอาดไม่เกิน ๐.๐๐%

๔.๑๐.๑๓ ระบบการทำงานของชุดเต็นท์แคปซูลมีเสียงตึบตันกวน ไม่เกิน ๖๕ เดซิเบล

๔.๑๐.๑๔ แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง และใช้เวลาในการชาร์จไม่เกิน ๖ ชั่วโมง

๔.๑๐.๑๕ มีหน้าจอสำหรับแสดงค่าแรงดันลบ (Negative Pressure) ระดับพื้นฐานของแบตเตอรี่ (Battery Power) สัญญาณเตือน (Alarm) และปุ่ม Zero สำหรับการปรับเทียบ (Calibrate) แรงดันลบที่อยู่ในชุดเต็นท์แคปซูล

๔.๑๐.๑๖ สามารถแสดงสัญญาณเตือนได้ดังนี้


๑.Negative Pressure Alarm

๒.Battery Level Alarm

ลงชื่อ..........ประชานกรรมการ

(นางสาวปารณัท พรมศิริ)

นายแพทย์ชานนฤทธิ์

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวจิรัตน์ อรุณ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสมอง ทองธีราวงศ์)

พนักงานบันทึกนิตย์

/๖.๖๐๒๖...

รายงานเบื้องต้นสึกษาและเดินทาง
เดินทางมา (รถถัง) ปริมาณกรดออกซูบไปฟ้าก้าว ๒,๕๐๐ ชีวีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไปฟ้าก้าว ๙๐
กิโลเมตร จำนวน ๑ คัน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๖. เงื่อนไขเดินทาง

๖.๑ ศัรทุกชนิด

๖.๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ได้รับมอบอำนาจจากผู้แทนจำหน่ายโดยชอบด้วยกฎหมายที่พร้อมเอกสาร
เพียงดังนี้ ด้วยตนเองหรือโดยระบุ แต่ห้ามด้วยตนเองเข้าหน่วยเพื่อเสนอราคาโดยให้ข้อมูลเข้าเสนอราคา

๖.๑.๒ ศัรทุกชนิดเป็นผู้ติดภัยที่ต้องกับมาตรฐาน

๖.๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องประกอบรัตพยาบาลให้เป็นไปตามรูปแบบและวัสดุประทังค์ที่กำหนดของ
กระทรวงสาธารณสุข

๖.๑.๔ ผู้ซึ่งสามารถนำเดินทางดูดเดินเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง จาก
ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ครอบคลุมจังหวัดทั่วประเทศไทย

๖.๑.๕ รับประกันคุณภาพ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (หนึ่งแสนกิโลเมตร) หรือระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วัน รับมอบ
ของครบเป็นคันไป สุขดีอย่างที่อย่างหนึ่งจะส่งก่อน หากมีการชำรุดเสียหาย ในกรณีใช้งานตามปกติบริษัทฯ
ยินดีรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนและอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๖.๑.๖ มีครุภาระในการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด ต่อ คัน

๖.๑.๗ มีแผนผังการเดินทางให้พื้นที่และที่อยู่อาศัยใน ทั้งหมดในส่วนของท้องที่ของพยาบาลโดยแนบมาด้วย
เอกสารในวันส่งมอบ

๖.๑.๘ ผู้เสนอราคาต้องเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม ๑ รายการ ต่อ เครื่อง ช่วย
หายใจแบบอัตโนมัติบริเวณด้านขวาของหัวรถเข็นจะสะดวกที่สุดปัจจุบัน

๖.๑.๙ ผู้เสนอราคาต้องให้บริการบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ที่ได้รับโดยไม่คิดมูลค่า ต่อแรงภัยใน
ระยะเวลา หรือ ระยะเวลาที่ศูนย์บริการมาตรฐานด้านข้อ ๖.๔

๖.๑.๑๐ รถพยาบาลดูดเดินที่ส่วนของหัวรถเข็นที่สูดกันสนิม โดยมีหนังสือรับรองการประกันสนิม ไม่
น้อยกว่า ๕ ปีหรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. โดยท่านที่ดำเนินการต่อไป ๖.๔ ของด้วรด ดังนี้

๑. ภายในประทังและด้านบนต้องด้านขวาของหัวรถเข็น

๒. บริเวณท้องของเครื่องลงและด้านท้ายเข็น

๓. บังโคลนและใต้ท้องรถ

๖.๒ เครื่องปั๊มน้ำยา

๖.๒.๑ อุปกรณ์ขึ้นส่วนที่ติดตั้งเป็นขึ้นส่วนอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นที่ไม่เกี่ยวใช้งานมาก่อน

๖.๒.๒ รับประกันคุณภาพ ๑ ปีนับแต่วันที่เคยกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยเป็นต้นไป

๖.๒.๓ ในห้องพยาบาลการติดตั้งระบบปรับอากาศเดินของรถชนิด เพื่อป้องกันระบบอากาศในห้องคนขับและห้องพยาบาลให้
แยกจากกันในชุดแอร์มีการติดตั้งระบบ plasma generator และกับ negative iron generator ภายใต้ห้อง
พยาบาลมีระบบห้องอากาศพร้อมการจดอากาศด้วยไฟฟ้าเพื่อให้ความปลอดภัย ๑๕ นาทีมาตรฐาน
หาก ไฟดับต้องมีการติดตั้งและมีการควบคุมที่ก็ทางไฟฟ้าในห้องบุคลากรทางการแพทย์ก่อนผู้ป่วยจากหน้าสูญเสีย
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวปารณี พรมศิริ)

นายแพทย์สำราญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวรุจิร์ศรี ธรรมโภ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมชาย ทองธีรา)

พนักงานขับรถชนิด

๖.๓. คุณภูมิ...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 Rothayana (ร็อกกี้) บริษัทกรุ๊ปบ้านใหม่ ก่อตั้งวันที่ ๒๖๘๐๐ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ๕๐
 กิโลเมตร จำนวน ๑ ศูนย์ โรงเรือนและอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่

๒.๓ คุณลักษณะพิเศษ

๒.๓.๑ คุณลักษณะพิเศษที่ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือใช้ในการพาณิชย์ก่อน

๒.๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นแคคเตลลีกห้องหรือแบบบูรณาญาณศึกษา ยี่ห้อ, รุ่น, ประเภทผู้ผลิต ของ คุณลักษณะพิเศษในหมวด ๔.๙.๙ ที่ห้ามใบอนุญาตประกอบการ

๒.๓.๓ หากเกิดการชำรุดชำรังหายในระยะเวลาอันสั้น แล้วทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ผู้ขาย ต้องนำเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมใหม่ตามเงื่อนไขเดิมไม่ติดมูลค่า

๒.๓.๔ ข้อสืบก่อกรรมบุคคลกรณีหักห้ามทำงาน จนกว่าจะสามารถใช้งานได้อีก ๗ ปี

๒.๓.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องนำรุ่นรักษารุ่นคุณลักษณะพิเศษที่ส่งมอบโดยไม่มีค่าตอบแทนค่าอย่างน้อย ๒ ครั้ง ต่อปี ตลอดระยะเวลาอันสั้น

๒.๓.๖ มีคุณลักษณะพิเศษที่ต้องมีความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ๗ ปี

๒.๓.๗ อุปกรณ์และเครื่องมือคุณลักษณะพิเศษที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงต้องออกแบบให้เป็นตัวติดกับตัวถังรถต้อง มีตัวติดให้อายุคงทนและแข็งแรงไม่หลุดง่ายขณะกำลังขับเคลื่อน

๒.๓.๘ มีวัสดุสื่อรับรองคุณภาพจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายคุณลักษณะพิเศษโดยตรงจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยไม่เป็นขยะเข้าสู่ระบบการ循環

๒.๓.๙ บริษัทผู้ขายมีภาระสื่อรับรองที่แสดงว่าจะมีอุปกรณ์ที่ส่วนต่อประสาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารใบอนุญาตการนำเข้าเครื่องมือคุณลักษณะพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขแบบเอกสารในรั้วที่เสนอราคา

๒.๓.๑๑ ผู้เสนอราคา ต้องแนบแคคเตลลีกห้องหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทำ เครื่องหมายแหล่งหมายเหตุ ระบุตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ให้ชัดเจนทุกรายการ พร้อมทำตารางลงรายละเอียดหัวข้อที่ทางราชการกำหนดให้ ชัดเจนถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถอ่านและเข้าใจได้โดยง่าย ต้องแสดงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ให้การเสนอเอกสารที่ไม่ตรงตามความต้องการและไม่ถูกต้องให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะ ไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะทางเทคนิคที่ต้องการได้เพื่อ ประโยชน์การใช้งานของทางราชการ

๒.๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องส่งรูปแบบ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่แสดงคำแนะนำอุปกรณ์และ คุณลักษณะพิเศษตามข้อกำหนด

๒.๓.๑๓ Rothayana ต้องขออนุญาตในส่วนราชการที่ดำเนินการให้ทันทีและมีน้ำหนักเพียงพอ ให้ตรวจสอบจาก มาตรฐานในเว็บตรวจสอบ

๒.๓.๑๔ ในกรณีที่แคคเตลลีกห้องถูกห้าม (MODEL) และ/หรือ OPTION ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจน โดยการพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบบุรุ่นและ/หรือ OPTION ใด

๒.๓.๑๕ ห้ามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....*Dr.*..... ประธานกรรมการ

(นางสาวปารณัท พรมศิริ)

นายแพทย์ชามาลย์

ลงชื่อ.....*Dr. Chan*..... กรรมการ

(นางสาวรุจิร์วัน ยุวโน)

พยาบาลวิชาชีวภาพปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*Dr.*..... กรรมการ

(นายสนอง ทองคำ)

พนักงานทั่วไป

๒.๓.๑๖ กำหนด...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แพทย์บ้า (วศภ.) ปริญนาครรบอกรูปไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ชัชีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐
กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ตัน โรงพยาบาลเสถียร จำกัดเสถียร จังหวัดร้อยเอ็ด

๖.๓.๖ กำหนดส่งมอบหัสดุ ๖๐ วันนับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา
ผู้รากถอนฟัน

แพทย์บ้า (วศภ.) ปริญนาครรบอกรูปไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ชัชีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐
กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ตันราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....  ประชานกรณการ
(นางสาวปารณัท พรมศรี)
ลงชื่อ.....  นายแพทย์ชานภยการ
(นายสันติ ทองธีรา) _____
ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสันติ ทองธีรา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

- ๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกรอบอกสูปไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตรหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์จำนวน ๑ คัน**
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสे�กุนดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด**
- ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)**
- ๔. วันที่กำหนดราคาภาระ (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
รถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกรอบอกสูปไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตรหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน**
ราคาภาระ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
- ๕. แหล่งที่มาของราคาภาระ (ราคาอ้างอิง)**
สืบราคากลางท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้
- ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.แพรเมอร์เก็ตติ้ง(สำนักงานใหญ่)
๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์นเมด ชัพพลาย
๕.๓ บริษัท ซีพีอาร์ ๓๓๓ จำกัด
- ๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคาภาระ (ราคาอ้างอิง) ทุกคน**
- | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|
| ๖.๑. นางสาวปารณิชา พรมศิริ | นายแพทย์ชานาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒. นางสาวธุจิรัตน์ อรุณ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๖.๓. นายสนอง ทองธิสาร | พนักงานขับรถชนิด | กรรมการ |